



中华人民共和国 计量器具型式批准证书

杭州盘古自动化系统有限公司 _____ :

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2019F772-33

批准人：

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

序号	产品名称	型号	规格	参数	准确度等级	
1	电磁 热量表	PMH	DN32	$q_p/q_1=50$ $q_s/q_p=2$	温度范围：(4~95)℃ 温差范围：(3~70)K 最大允许工作压力：1.6MPa 允许压力损失：25kPa 环境类别：A类	2级
			$q_p=6\text{ m}^3/\text{h}$			
			DN40			
			$q_p=10\text{ m}^3/\text{h}$			
			DN50			
			$q_p=15\text{ m}^3/\text{h}$			
DN65						
			$q_p=25\text{ m}^3/\text{h}$			
			DN80			
			$q_p=40\text{ m}^3/\text{h}$			

以下空白

发证日期： 一九九九年十月十四日
发证机关（盖章）：